

VERIFICA PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

“...E’ necessario usare indicatori chimici di sterilità ad ogni ciclo onde verificare la validità della procedura attuata e, almeno mensilmente, occorre eseguire prove biologiche con l’uso di spore...”

Estratto dal *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* N. 42 del 19 ottobre 2009 p.3170 “Circ.r. 29 settembre 2009 – n. 20” *

*Intera legge disponibile sul sito www.ltaonline.it

LTA srl, società operante nel settore della microbiologia, vi offre un servizio esclusivo:

STERITEST-12

**Indicatore biologico del processo di sterilizzazione
a vapore con Certificato di funzionalità**

- Fornitura di 1 confezione contenente 12 test di *Bacillus stearothermophilus* ATCC 7953 (conformi alle norme CEN serie 866), per il controllo mensile dei processi di sterilizzazione
- Esecuzione dei test sulla sterilità delle fiale presso i ns. laboratori certificati ISO 9001:2008 e ISO 13485:2004
- Certificato di STERILITA’ disponibile per visura e stampa sito Internet, 72 h dopo il ricevimento del cilindro contenente le spore autoclavate
- Archivio analisi effettuate presso l’Area riservata - su sito www.ltaonline.it accessibile tramite password previa registrazione

